

**Tabella 3.13 - Revisioni di protesi d'anca per causa principale di revisione - P. A. Bolzano anni 2010 - 2018 - aggiornato al 31 dicembre 2018**

Causa principale di revisione	Totale complessivo	%
Mobilizzazione asettica femore	251	20,9
Mobilizzazione asettica cotile	184	15,3
Frattura periprotetica	148	12,3
Infezione	142	11,8
Lussazione	120	10,0
Usura materiali	102	8,5
Protesi dolorosa	68	5,7
Mobilizzazione asettica totale	41	3,4
Esiti rimozione impianto	31	2,6
Rottura dell'impianto: inserto	30	2,5
Osteolisi da detriti	12	1,0
Rottura dell'impianto: collo	9	0,8
Calcificazione periprotetica	6	0,5
Rottura dell'impianto: stelo	5	0,4
Rottura dell'impianto: testa	3	0,3
Protrusione	1	0,1
Altro	47	3,9
<b>Totale complessivo</b>	<b>1.200</b>	<b>100,0</b>

Fonte: Registro delle protesi articolari della Provincia Autonoma di Bolzano

[www.provincia.bz.it/salute-benessere/osservatorio-salute/](http://www.provincia.bz.it/salute-benessere/osservatorio-salute/)

Registri di patologia - Protesi d'anca

Elaborazioni a cura dell'Osservatorio per la salute - 21.06.2019