Tabella 5.3 - Revisioni di protesi d'anca per Causa principale di revisione, per pazienti con intervento primario effettuato nel periodo 2010-2018

Causa	Numero	Revisioni nella stessa struttura	Revisioni in struttura diversa	% su interventi primari	% su interventi di revisione
Mobilizzazione asettica femore	76	57	19	0,7	20,9
Lussazione	61	55	6	0,6	16,8
Infezione	60	54	6	0,6	16,5
Frattura periprotesica	49	42	7	0,5	13,5
Protesi dolorosa	30	18	12	0,3	8,2
Altro	29	25	4	0,3	8,0
Mobilizzazione asettica cotile	19	17	2	0,2	5,2
Esiti rimozione impianto	11	10	1	0,1	3,0
Rottura dell'impianto: inserto	8	8	0	0,1	2,2
Mobilizzazione asettica totale	7	4	3	0,1	1,9
Usura materiali	4	4	0	0,0	1,1
Calcificazione periprotesica	3	1	2	0,0	0,8
Osteolisi da detriti	3	2	1	0,0	0,8
Rottura dell'impianto: collo	2	1	1	0,0	0,5
Protrusione	1	1	0	0,0	0,3
Rottura dell'impianto: testa	1	1	0	0,0	0,3
Totale	**364**	**300**	**64**	**3,3**	**100,0**