Tabella 3.12 - Revisioni di protesi d'anca per causa principale di revisione e tipo di revisione - P. A. Bolzano anni 2010 - 2019 - aggiornato al 31 dicembre 2019

	Tipo di revisione					
Causa principale di revisione	**Sostituzione totale**	**Sostituzione parziale**	**Reimpianto dopo espianto**	**Espianto**	**Totale complessivo**	**%**
Mobilizzazione asettica femore	37	235	2	-	274	21,7
Mobilizzazione asettica cotile	10	185	1	-	196	15,6
Infezione	29	45	33	47	155	12,3
Frattura periprotesica	25	121	-	-	146	11,6
Lussazione	12	110	1	-	123	9,8
Usura materiali	23	83	1	-	107	8,5
Protesi dolorosa	16	58	2	-	76	6,0
Mobilizzazione asettica totale	36	8	-	-	44	3,5
Esiti rimozione impianto	4	-	27	2	33	2,6
Rottura dell'impianto: inserto	1	29	-	-	30	2,4
Osteolisi da detriti	3	9	-	-	12	1,0
Rottura dell'impianto: collo	2	8	-	-	10	0,8
Calcificazione periprotesica	-	7	-	-	7	0,6
Rottura dell'impianto: stelo	2	4	-	-	6	0,5
Rottura dell'impianto: testa	-	3	-	-	3	0,2
Protrusione	-	1	-	-	1	0,1
Altro	-	32	5	-	37	2,9
Totale complessivo	**200**	**938**	**72**	**49**	**1.260**	**100,0**

Fonte: Registro delle protesi articolari della Provincia Autonoma di Bolzano